ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-331	PS/EML/107217

PRODUCTO
Bomba de Infusión Rythmic Ultima.
Ver referencias y UDI-DI en nota de aviso de la empresa.

VERSION SOFTWARE
1.0-A, 1.0-B, 1.0-C

FABRICANTE
Micrel Medical Devices, S.A. Grecia.

DISTRIBUIDOR
Palex Medical, S.A., C/ Jesús Serra Santamans 5, (08174) Sant Cugat del Valles, Cataluña.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas referencias de la bomba de infusión Rythmic Ultima, debido a que es posible que bajo ciertas condiciones, administren una cantidad excesiva de bolo.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: X7MWV7BC66C3DD7810BE**
Fecha de la firma: 20/06/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89