DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-332	PS/PRV/107282

PRODUCTOS
Adaptador de cementación con émbolo XL, del sistema WSI MX/PX-TITAN Integration.
Número de artículo: 22600-41-60+01

FINALIDAD PREVISTA
Aplicación de cemento óseo.

Nº LOTE
Ver nºs de lote afectados en el anexo de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Peter Brehm GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR
Palex Medical S.A. Can Sant Joan Business Park, Calle Jesús Serra Santamans, 5. 08174, Sant Cugat del Valles (Barcelona).

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados lotes de los adaptadores de cementación con émbolo XL del sistema WSI MX/PX-TITAN Integration, debido a la posibilidad de que se rompa la punta de Nitinol durante la intervención.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: SWXAEZLKZT1RTQNJAC45**
Fecha de la firma: 20/06/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89