

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2024-334	<b>REFERENCIA</b> PS/NA/104740
<b>PRODUCTO</b> Airvo 2 modelo PT101XX y myAirvo 2 modelo PT100XX. Fabricados antes del 14 de agosto de 2017.	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Administración de terapia respiratoria de alto flujo que administra gases respiratorios calentados y humidificados en pacientes que no requieren soporte vital.	
<b>Nº SERIE</b> 120521YYYYYY - 170813YYYYYY.	
<b>FABRICANTE</b> Fisher & Paykel Healthcare Ltd., Australia.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> Fisher & Paykel Healthcare SAS, France.	
<b>ASUNTO</b> Retirada del mercado de determinados números de serie de los dispositivos Airvo 2, modelo PT101XX y myAirvo 2 PT100XX, debido a la posibilidad de que las alarmas sonoras presenten sonidos distorsionados, intermitentes o inaudibles.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nota de aviso de la empresa para distribuidores.</li><li>• Nota de aviso de la empresa para centros sanitarios.</li><li>• Nota Informativa PS 20, 2024.</li></ul>	

