ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-339	PS/MAM/107133

PRODUCTO
Bobinas SENSE Torso XL (1.5T y 3.0T)
Ver modelos en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Para la adquisición de imágenes de torso y abdomen.

FABRICANTE
Philips Healthcare. Países Bajos.

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica SAU. Calle María de Portugal, 1. 28050, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad sobre determinados modelos de las Bobinas SENSE Torso XL (1.5T y 3.0T) debido a un posible calentamiento localizado de la bobina durante la exploración que podría ocasionar quemaduras a los pacientes.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: N1HFXDWC5NE6BHQWV4CE**
Fecha de la firma: 26/06/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89