MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-340	PS/NA/107685
PRODUCTO Lámpara de operaciones iLED 7. Ver códigos de producto y UDI en la nota de aviso de la empresa.	
FINALIDAD PREVISTA Proporcionar una iluminación constante del campo quirúrgico o del paciente.	
FABRICANTE Baxter Medical Systems GmbH + Co. KG., Alemania.	
DISTRIBUIDOR Baxter SL. Polígono Sector 14, Pouet de Camilo 2, Ribarroja del Turia, 46190 Valencia.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con la lámpara de operaciones iLED7, debido a la posibilidad de que se produzcan lesiones térmicas en la piel, órganos o tejidos.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa.	

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: V58WASF4APK5QFS8N266**
Fecha de la firma: 28/06/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89