ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-346	PS/AVG/107047

PRODUCTO
Sistemas de resonancia magnética Multiva 1.5T.
Ver números de modelo y de referencia afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd, China.

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica S.A.U. Calle de María de Portugal, 1, Hortaleza, 28050 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas de resonancia magnética Multiva 1.5T debido a la posibilidad de que se genere un evento térmico por el aflojamiento del punto de conexión del terminal L3 de la g-MDU (unidad general de distribución principal).

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: XF3SDEXSGZ2WKVKCV13A**
Fecha de la firma: 02/07/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89