MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2024-344 | PS/MJF/107931 |

**PRODUCTO**

Equipos de diagnóstico de rayos X:

- Luminos Agile Max, Luminos dRF Max y Luminos Lotus Max
- Multitom Rax

**FABRICANTE**

Siemens Healthcare GmbH, Alemania.

**DISTRIBUIDOR**

Siemens Healthcare S.L.U., Avenida Leonardo da Vinci 15. 28906 Getafe, Madrid.

**ASUNTO**

Advertencias de seguridad relacionadas con los sistemas Luminos Agile Max, Luminos dRF Max, Luminos Lotus Max y Multitom Rax, debido a que el tornillo de montaje que fija el soporte de la suspensión portamonitores de techo o de pared, se afloje o se pierda.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

**Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)** **CSV: 2WJ4VECCBGHJHNCWWEC9**
**Fecha de la firma: 02/07/2024**
*Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es*



CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89