

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2024-343	PS/AVG/107147
PRODUCTO Sets de infusión mylife YpsoPump Orbit micro 2.0. Ver nº de modelo afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FINALIDAD PREVISTA Sets de infusión estériles de un solo uso para la administración de insulina con una bomba de insulina ambulatoria.	
FABRICANTE Ypsomed AG, Suiza.	
DISTRIBUIDOR Ypsomed Diabetes SLU. Avda. Madrid 95, 5p, 1ª, 08028, Barcelona.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con los sets de infusión mylife YpsoPump Orbit micro 2.0 debido a que el parche adhesivo puede provocar irritación de la piel en diferentes grados de gravedad.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: - Nota de aviso empresa. - Nota informativa AEMPS PS, 21/2024	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)

Fecha de la firma: 02/07/2024

Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: <https://localizador.aemps.es>

CSV: 7QELXPBW9HT7JNF11F5

