MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-355	PS/MJF/108035

PRODUCTO
Centricity High Acuity Anesthesia (CHA A)

FINALIDAD PREVISTA
Recuperar, introducir, registrar, almacenar, transferir, ver y crear una tendencia con los datos de los pacientes, de forma eficiente y estructurada, así como planificar el tratamiento.

VERSION SOFTWARE
Versión 5.8 y superiores

FABRICANTE
GE Healthcare Finland Oy, Finlandia.

DISTRIBUIDOR
General Electric Healthcare España, SAU; Calle Gobelas, 35-37. 28023 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con el sistema Centricity High Acuity Anesthesia, debido a que, en determinadas circunstancias, podrían faltar ciertos detalles de la administración de fármacos y fluidos en la vista de tendencias del sistema.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 4JY2J63K34Y9TWFRKCF3**
Fecha de la firma: 04/07/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89