MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2024-353 | PS/NA/107937 |

**PRODUCTO**
NADAL Troponin I Test, referencia: 282041N-10/ 282041N-20.

**FINALIDAD PREVISTA**
Inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral para la detección cualitativa de troponina cardíaca I en muestras de sangre humana, suero o plasma como ayuda en el diagnóstico de infarto de miocardio.

**Nº LOTE**
180941.

**FABRICANTE**
Nal von minden GmbH., Alemania.

**DISTRIBUIDOR**

- AAP MEDICAL. Avda. Can Roses 27 Rubí, 08191 Barcelona.
- Cromakit SL. C/ Tucuman 8 nave B Maracena, 18200 Granada.
- Sanilabo SLU. C/ San Roque 20-bajo Benetusser, 46910 Valencia.

**ASUNTO**
Cese de la utilización del lote 180941 del Test NADAL Troponin I, debido a la posibilidad de obtener resultados incorrectos o inválidos.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

**Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)** **CSV: VDN24EPW4Y4F2T8GG854**
**Fecha de la firma: 04/07/2024**
*Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es*



CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89