MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-364	PS/MAM/108127

PRODUCTO
Mesa quirúrgica de precisión PST 500.
Código de producto: 4080100
UDI: 00887761973466

Nº SERIE
Ver n^{os} de serie afectados en el anexo A de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Baxter Medical Systems GmbH + Co. KG. Alemania.

DISTRIBUIDOR
Baxter, S.L. Parque Empresarial San Fernando. Edificio Londres. 28830, Madrid.

ASUNTO
Cese de utilización de la mesa quirúrgica de precisión PST 500 debido a la posibilidad de que ocurra un fallo con los pasadores de resorte sueltos en las unidades de accionamiento del eje y se incline el tablero de manera inesperada o se mueva en cualquier momento.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: W9MRQJ2XY5KW5DR2SE1B**
Fecha de la firma: 08/07/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es