ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-365	PS/MAM/106507

PRODUCTO
Lámparas quirúrgicas LEDVISION
Ver referencias y productos en la nota de aviso de la empresa.

Nº SERIE
Ver nºs de serie afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
S.A.S. SURGIRIS. Francia.

DISTRIBUIDOR
KARL STORZ Endoscopia Ibérica S.A. Parque Empresarial San Fernando. Avenida de Castilla 2, Edificio Munich. 28830, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionados con determinados sistemas de iluminación LEDVISION, debido al posible desprendimiento de la cubierta de plástico en el mango de control y caída en el campo quirúrgico.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 1N53ZGW35AG5BZF4VBE2**
Fecha de la firma: 10/07/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es