DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-369	PS/MAM/108257
PRODUCTO Anticuerpo primario monoclonal de conejo VENTANA anti-CD10 (SP67) UDI-DI: 04015630972579	
Nº LOTE Ver n^{os} de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Ventana Medical Systems Inc. EEUU.	
DISTRIBUIDOR Roche Diagnostics S.L.U. Av Generalitat, 171-173. 08174, Sant Cugat del Vallès. Barcelona.	
ASUNTO Cese de utilización y revisión de los resultados obtenidos con determinados lotes del anticuerpo primario monoclonal de conejo VENTANA anti-C10, debido a la posibilidad de resultados falsos positivos.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: YYD6SF7TDGBJJ1EJ1201**
Fecha de la firma: 10/07/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89