MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-386	PS/AVG/107228

PRODUCTO
Guías Synchro, Synchro2 y Synchro SELECT.
Ver n^{os} de referencia afectados en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Guías compatibles con microcatéteres existentes utilizados en procedimientos habituales, como los usados para el diagnóstico endovascular y el tratamiento de enfermedades neurovasculares.

Nº LOTE
Ver n^{os} de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Stryker Neurovascular, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Stryker Iberia S.L. Calle Sepúlveda 17, 28108, Alcobendas, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas guías Synchro, Synchro2 y Synchro SELECT debido a la posibilidad de que se dañe el revestimiento si se lleva a cabo la práctica de retrocargar la guía a través del accesorio introductor opcional.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 2PLEA6Q56YH4L9N4M66B**
Fecha de la firma: 15/07/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es