ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-391	PS/MAM/108656
PRODUCTO Irrigador corneal. Número de artículo: 82020S	
FINALIDAD PREVISTA Cánula para desinfección pre-operatoria del ojo y/o irrigación tópica de la córnea.	
Nº LOTE Todos los fabricados entre julio de 2023 y noviembre de 2023.	
FABRICANTE Bausch & Lomb GmbH. Alemania.	
DISTRIBUIDOR Bausch & Lomb, S.A. Avda. Valdelaparra, 4. 28108, Alcobendas. Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinados lotes del Irrigador corneal con referencia 82020S, debido a la posibilidad de que presenten rebabas en el cabezal.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 8N79V5AVXTXW8ZZJN31B**
Fecha de la firma: 19/07/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89