ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-392	PS/MAM/108740

PRODUCTO
Analizador de inmunoensayo DxI 9000 Access. Referencia: C11137
UDI-DI: 15099590732103

Nº SERIE
Ver nºs de serie afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Beckman Coulter. EEUU.

DISTRIBUIDOR
Beckman Coulter S.L.U. Torre Realia, Pza Europa 41-43, 4ª planta. 08908, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados números de serie del Analizador de inmunoensayo DxI 9000 Access, debido a la posibilidad de que el tubo neumático del módulo de almacenamiento de reactivo (RSM) sea de un tamaño insuficiente y pueda causar fugas de aire si se afloja o se desconecta ocasionando que el analizador quede inoperativo.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 7T31H1B6FA2YKRBEYA11**
Fecha de la firma: 19/07/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es