ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-394	PS/CMAG/108935
PRODUCTO Kit de controles IRISpec CA/CB/CC. Referencia 800-7702.	
FINALIDAD PREVISTA Material de control de calidad para la monitorización de analitos en muestras de orina.	
Nº LOTE 432-24 y superiores.	
FABRICANTE Beckman Coulter Ireland, Inc., Irlanda.	
DISTRIBUIDOR Beckman Coulter S.L.U. Plaza Europa 41-43, 4ª planta. 08908 L'Hospitalet De Llobregat (Barcelona).	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinados lotes de los kits de controles IRISpec CA/CB/CC, debido a la posibilidad de fallos intermitentes del control IRISpec CB para la determinación de cetonas.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.