ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-395	PS/EML/108429

PRODUCTO
SELECTAFLO BP

FINALIDAD PREVISTA
Caudalímetro para medidor de flujo de gases medicinales.

FABRICANTE
AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS, Francia.

DISTRIBUIDOR
Air Liquide Healthcare España SL, Calle Orense, 34 - Piso 3º, Madrid, 28020, Madrid

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con el caudalímetro SELECTAFLO BP (primera generación) , debido a que permiten el posicionamiento mecánico entre dos posiciones de caudal, sin visualización ni indicación de caudal, en las que el paciente no recibe suministro de oxígeno.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.