ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-396	PS/EML/108538

PRODUCTO

Interruptor manual Ziehm, referencia:88036 (versión 1.02) para dispositivos de rayos X:

- Ziehm 8000
- Ziehm Solo, Ziehm Solo FD
- Ziehm Vision, Ziehm Vision FD
- Ziehm Vision R, Ziehm Vision RFD, Ziehm Vision RFD 3D

Nº SERIE

Ver nºs de serie afectados en el listado de productos afectados

FABRICANTE

Ziehm Imaging GmbH, Alemania

DISTRIBUIDOR

Ziehm Imaging Spain S.L.U., Calle Oller 13, local 15 y 16 Parque Empresarial Táctica, 46980 Valencia

ASUNTO

Cese de utilización del interruptor manual, versión 1.02, de determinados dispositivos de rayos X Ziehm, debido a que, podría dañarse de forma irreversible por estrés mecánico, activando de forma accidental la radiación.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa
- Listado de productos afectados

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.