ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-398	PS/MAM/108529

PRODUCTO
Monitor/desfibrilador HeartStart Intrepid. Número de modelo: 867172.

FINALIDAD PREVISTA
Proporcionar terapias de estimulación, desfibrilación y cardioversión sincronizada.

FABRICANTE
Philips Goldway (Shenzhen) Industrial Inc. China.

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica SAU. Calle María de Portugal, 1. 28050, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con el Monitor/desfibrilador HeartStart Intrepid debido a la posibilidad de aparición de formas de onda de ECG intermitentes cuando se utiliza un cable de ECG de 5 o 10 latiguillos y se coloca el cable de la cuarta extremidad en el paciente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: GHV5X44XN6B5WAMAS1E7**
Fecha de la firma: 24/07/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es