ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-401	PS/MAM/109033

PRODUCTO
Citómetro de flujo XF-1600. REF: AD629376
UDI-DI: 04987562509997

FABRICANTE
Sysmex Corporation Japan. Japón.

DISTRIBUIDOR
SYSMEX ESPAÑA S.L. Calle Frederic Mompou, 4B, Planta 2. 08960, Sant Just Desvern. Barcelona.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con el citómetro de flujo XF-1600 debido a la posible medición incorrecta de resultados al utilizar el cargador automático.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.