MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-399	PS/NA/108781

PRODUCTO
In-Kone Universal SA², Ø 4 mm, L 10 mm. Referencia DPINK4L10.

FINALIDAD PREVISTA
Implante dental para el reemplazo de la raíz de un diente que está ausente por pérdida, extracción o agenesia accidental o patológica.

Nº LOTE
T240105B.

FABRICANTE
Global D, Francia.

DISTRIBUIDOR
Global D España. BMC Bussiness Center Rda. Maiols, 1, 08192 Sant Quirze del Vallès, Barcelona.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con el implante dental In-Kone Universal SA²(Ø 4 mm, L 10 mm y referencia DPINK4L10), debido a que en la etiqueta interna podría aparecer el lote T231205B en lugar del T240105B.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: WYQQTKAAARR4FH756154**
Fecha de la firma: 24/07/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89