ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-420	PS/EML/108977

PRODUCTO

Olympus EndoDis Pro

Numero de catálogo ECOLAB	Código Olympus	Número de lotes afectados
3099120	WD00342A	2243AP0104, 3293AP0204, 2034AP0204
3100780	WD00347A	5233AP0204, 3293AP0104

FINALIDAD PREVISTA

Desinfectante para el proceso PAA (Ácido Peracético) en el sistema ETD

FABRICANTE

Ecolab Deutschland GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR

OLYMPUS IBERIA, S.A.U. Pl. Europa, 10, E-08902, L´Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

ASUNTO

Ampliación del cese de utilización de determinadas referencias y lotes del desinfectante Olympus EndoDis Pro, debido a un error en la fecha de caducidad del etiquetado.

INFORMACION ADICIONAL

En mayo de 2024 el fabricante emitió una nota de aviso informando del cese de utilización de determinados lotes de Olympus EndoDis Pro, debido a un error en la fecha de caducidad del etiquetado. La AEMPS transmitió esta información el 31 de mayo de 2024, alerta 2024-281

La empresa está remitiendo una nueva nota de aviso para informar de nuevos números de catálogo y lotes del desinfectante Olympus EndoDis Pro con el mismo error de etiquetado.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.