DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-428	PS/MJF/108741

PRODUCTO

Electrodos para desfibrilación corPatch easy (con fecha de caducidad 2025-10-13 o anterior):

- corPatch easy. Referencia: 04324.3. UDI-DI: 19005531505299.
- corPatch easy pre-connected. Referencia: 05120.1. UDI-DI: 19005531505305.
- corPatch easy pedriatic. Referencia: 05120.3. UDI-DI: 19005531001562.

Nº DE LOTE

Ver nºs de lote afectados en el anexo 1 de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

Leonhard Lang GmbH, Austria.

DISTRIBUIDOR

Hospital Hispania, S.L., Avda. Camino de lo Cortao, 6. Centro Empresarial Delta, Nave 3. 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con determinados electrodos para desfibrilación corPatch easy, corPatch easy pre-connected y corPatch easy pedriatic, debido a la posibilidad de que el desfibrilador no reconozca el electrodo y no se administre ninguna descarga durante su utilización.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: QCA3L42FBGX8SE9ZSC7B**
Fecha de la firma: 05/08/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89