MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-434	PS/PRV/109497

PRODUCTO
Suturas quirúrgicas MONOPLUS, MONOSYN, NOVOSYN, NOVOSYN CHD.
Ver referencias y números de lote afectados en el anexo 1 de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
B. Braun Surgical, S.A. España.

DISTRIBUIDOR
B. Braun Surgical, S.A. Carretera de Terrassa 121, Rubí 08191, Barcelona.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de las suturas quirúrgicas MONOPLUS, MONOSYN, NOVOSYN y NOVOSYN CHD, debido a la posibilidad de que el envase esté dañado, comprometiendo su estanqueidad y la esterilidad de la sutura.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: FVVG8ZBGSW4SAMYED5A8**
Fecha de la firma: 08/08/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89