ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-440	PS/PRV/109550

PRODUCTO
Sistema de rayos X de radiografía digital DR 800, número de tipo 6010/200. UDI-DI 05414904251805

FINALIDAD PREVISTA
Captar imágenes radiográficas estáticas y dinámicas.

FABRICANTE
Agfa NV, Bélgica.

DISTRIBUIDOR
Agfa NV sucursal en España; C/ Gaspar Fàbregas i Roses 81, 3ª planta. 08950, Esplugues de Llobregat, Barcelona.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con la mesa de los Sistemas de rayos X de radiografía digital DR 800, debido a la posibilidad de rotura de la cadena de la palanca frontal de bloqueo ya que se ha reducido su fiabilidad con el tiempo.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.