ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-441	PS/AVL/109155

PRODUCTO
Silk Vista Baby, referencias SILK_V 2,75x15 y SILK_V 2,75x20
UDI 03700481337974 y 03700481337981

FINALIDAD PREVISTA
Diversor de flujo para tratar pacientes con aneurismas intracraneales.

Nº LOTE
00567127 y 00567540

FABRICANTE
BALT EXTRUSION S.A.S., Francia.

DISTRIBUIDOR
BALT SPAIN MEDICAL, S.L.U., C/ Villarroel 52, 08011 Barcelona.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes del producto Silk Vista Baby debido a un posible error en la longitud de la prótesis intravascular indicada en la etiqueta.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 56WDXD6XGAGJCBS2X30D**
Fecha de la firma: 08/08/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es