MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-446	PS/JMP/109604

PRODUCTO
Tornillo protésico modelo DVPWD, lote LF-2405-0079 (en envase individual y en packs).
Ver referencias y lotes de los packs afectados en nota de aviso de la empresa

FINALIDAD PREVISTA
Para conectar el pilar al implante.

FABRICANTE
Global D, Francia.

DISTRIBUIDOR
Global D España. BMC Bussiness Center Rda. Maiols, 1, 08192 Sant Quirze del Vallès, Barcelona

ASUNTO
Retirada del mercado de todas las unidades del lote LF-2405-0079 del tornillo DVPWD, envasado de forma individual y en packs, debido a la posible presencia de un depósito de polímero negro en el tornillo.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: NAAKVCQVJW2AFWLYP139**
Fecha de la firma: 12/08/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89