MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-450	PS/PRV/109636

PRODUCTO
Ensayo Proteína del líquido urinario/cefalorraquídeo (UCFP) de Atellica CH. Número Material de Siemens: 11097543.
UDI 00630414279206

Nº LOTE
130414

FABRICANTE
Siemens Healthcare Diagnostics Inc, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Siemens Healthcare S.L.U., Calle Mahonia, 2, 4ª Planta, Edificio Pórtico, 28043, Madrid, España.

ASUNTO
Cese de utilización del lote 130414 del ensayo UCFP Atellica CH, debido a posibles errores en el control de calidad y resultados falsamente reducidos o elevados de proteínas en orina o líquido cefalorraquídeo en pacientes.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 28HG2D2JTB98XVYNFB4F**
Fecha de la firma: 13/08/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89