

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2024-467	REFERENCIA PS/PF/109806
PRODUCTO Analizador Erytra-Eflexis, código del producto 210600 y UDI 08436583730942.	
FINALIDAD PREVISTA Pruebas inmunohematológicas in vitro de sangre humana utilizando la tecnología de tarjetas de gel, incluyendo el tipaje de grupos sanguíneos, el tipaje de antígenos, el cribado de anticuerpos, la identificación de anticuerpos, las pruebas de compatibilidad y las pruebas de antiglobulina directa.	
VERSION SOFTWARE Desde la 1.2.0 hasta la 3.1.0 (incluida).	
FABRICANTE Diagnostic Grifols S.A., España.	
DISTRIBUIDOR Grifols MOVACO S.A, Can Guasch 2, 08150 Parets del Vallès, Barcelona.	
ASUNTO Advertencia de seguridad relacionada con las versiones de software desde la 1.2.0 hasta la 3.1.0 del analizador Erytra-Eflexis debido a la posibilidad de que los resultados de pruebas de compatibilidad cruzadas se asignen a un receptor incorrecto cuando se utiliza la funcionalidad "Duplicar la asignación del perfil Receptor-Donante".	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

