MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-466	PS/RJC/109714

PRODUCTO

Sistemas de anestesia con la salida de gas común auxiliar (ACGO):

- Aespire 7100, Aespire 100, S/5 Aespire 7900
- Aespire View
- Avance, Amingo, Avance CS2 y Avance CS2 Pro
- Aisys, Aisys CS2
- Aisys CS2 con Et Control

FABRICANTE

Datex-Ohmeda, Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR

General Electric Healthcare España S.A., C/ Gobelas 35-37, 28023 Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas de anestesia equipados con la salida de gas común auxiliar (ACGO), debido a que se podría conectar por error el circuito respiratorio de paciente al puerto de salida de gas común auxiliar (ACGO).

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 22/08/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 2KYLDT23C7868SPN5CEF

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89