ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-469	PS/RJC/109699

PRODUCTO
Campo Quirúrgico para Extremidades 230x315 cm, abertura elástica de 7 cm. Código de producto: 60212-00.

FINALIDAD PREVISTA
Proteger al paciente y crear un campo estéril durante un procedimiento quirúrgico.

Nº LOTE
24098308

FABRICANTE
Mölnlycke Health Care AB, Suecia.

DISTRIBUIDOR
Mölnlycke CSC España, Quintanavides, 17, edificio 3, Fuencarral-El Pardo, 28050 Madrid.

ASUNTO
Retirada del mercado del lote 24098308 del Campo Quirúrgico para Extremidades 230x315 cm, abertura elástica de 7 cm, debido a un posible error de empaquetado que podría comprometer la esterilidad del producto.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.