ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-476	PS/TS/110135

PRODUCTO
Neuroestimulador Implantable (INS) Vanta™, modelo 977006

FINALIDAD PREVISTA
Genera impulsos eléctricos y proporciona estimulación a través de uno o más electrodos como parte de un sistema de estimulación para la terapia contra el dolor

FABRICANTE
Medtronic Inc., EE.UU.

DISTRIBUIDOR
Medtronic Ibérica C/ Maria de Portugal, 11 28050 Madrid

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con el neuroestimulador Implantable (INS) Vanta™, modelo 977006, debido a la importancia que tienen los ajustes de programación del INS en la duración de la batería así como el uso de las herramientas de la aplicación para seleccionar el modelo de INS adecuado y para evaluar la longevidad del INS a lo largo de la vida útil del implante

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89