MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-485	PS/VBR/109683

PRODUCTO
Sistema Azurion 7 M20 con soporte FlexArm. Modelos 722079 y 722224.

FINALIDAD PREVISTA
Guía mediante imágenes en procedimientos de cirugía diagnóstica, intervencionista y mínimamente invasiva.

FABRICANTE
Philips Medical Systems Nederland BV, Holanda.

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica SAU. Calle de María de Portugal, 1, Hortaleza, 28050, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con el sistema Azurion 7 M20 con soporte FlexArm, modelos 722079 y 722224, debido a la posibilidad de que el movimiento longitudinal motorizado del soporte FlexArm pueda ser anómalo y/o pueda dejar de estar disponible.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 6K1VNZT9YZCHJ5N51640**
Fecha de la firma: 04/09/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89