MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-488	PS/MAM/110127

PRODUCTO
Batería de corpuls cpr (LiPo). Número de referencia: 09120

FINALIDAD PREVISTA
Cardiocompresor torácico mecánico y articulado, transportable y acoplable a tableros o camillas, que permite acceso al tórax durante la terapia.

Nº SERIE
Del 150000207 al 241500195.

VERSION SOFTWARE
Todas las versiones de firmware hasta e incluida la 1.4-005.

FABRICANTE
GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH. Alemania.

DISTRIBUIDOR
Hospital Hispania, S.L. Centro empresarial DELTA / Oficina 3. Av. Camino de lo Cortao Nº6. 28703, San Sebastián de los Reyes, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados números de serie de la batería de corpuls cpr (LiPo), debido a la posibilidad de que no alcancen la vida útil especificada.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 1YA9H1JVQ67MSLV63805**
Fecha de la firma: 05/09/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89