ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-491	PS/TS/110364
PRODUCTOS ATELLICA CH Microalbumin_2 (µALB_2), nº referencia 11097610, UDI 00630414596310	
FINALIDAD PREVISTA Determinación cuantitativa de microalbúmina en orina	
Nos LOTE 232033, 232128, 232137, 232146, 232147, 242149, 242150, 242365	
FABRICANTE Siemens Healthcare Diagnostics Inc., EE.UU.	
DISTRIBUIDOR Siemens Healthcare S.L.U. Calle Mahonia, 2, 4ª Planta, Edificio Pórtico, 28043 Madrid	
ASUNTO Advertencias de seguridad de determinados lotes de ATELLICA CH Microalbumin_2 (µALB_2) debido a que no cumplen con la afirmación sobre el efecto prozona que se indica en las instrucciones de uso, lo que podría dar resultados falsamente bajos	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.