MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-493	PS/NA/107473

PRODUCTO

VasoView HemoPro referencia VH-3000-W y VasoView HemoPro 2 referencia VH-4000, utilizado conjuntamente con el endoscopio de 7mm de Getinge.

FINALIDAD PREVISTA

Sistema de extracción endoscópica de vasos sanguíneos para cirugías de bypass coronario mínimamente invasivas.

FABRICANTE

MAQUET Cardiovascular LLC., EEUU.

DISTRIBUIDOR

- Getinge Group Spain S.L.U. C/ Marie Curie, 5, Edificio Alfa, Pl 6, Ofic. 6,1-6,2 28521 Rivas Vaciamadrid, Madrid.
- Canaria Instalaciones y Mantenimiento S.L. C/Los Pobres, Nº85 38280 Tegueste (Tenerife).

ASUNTO

Advertencias de seguridad y actualización de las instrucciones de uso relativas a los sistemas VasoView HemoPro, ref. VH-3000-W, y VasoView HemoPro 2, ref. VH-4000, debido a la posibilidad de que entre líquido en el mango del sistema, lo que podría provocar que no se proporcione cauterización o que se continúe proporcionando cuando ésta no se pretenda.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 8E12LGCDVJK18YYYV0BA**
Fecha de la firma: 06/09/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89