DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA	**REFERENCIA**
2024-503	PS/PRV/110731
PRODUCTO Sistema Centricity PACS V2, V3, V4, V6 y V7.	
FINALIDAD PREVISTA Almacenamiento, lectura, revisión de diagnóstico, análisis, anotación, distribución, impresión, edición y procesamiento de datos e imágenes digitales adquiridos de dispositivos de diagnóstico por imágenes.	
FABRICANTE GE Medical Systems, LLC, EEUU.	
DISTRIBUIDOR General Electric Healthcare España S.A., calle Gobelas 35-37, 28023 Madrid.	
ASUNTO Advertencia de seguridad relacionada con los sistemas Centricity PACS V2, V3, V4, V6 y V7, debido a la imposibilidad de almacenar imágenes cuando se alcanza el número máximo de identificadores de imagen únicos.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS • Nota de aviso empresa.	

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 4FMD5YM3XJQSGTSK39B6**
Fecha de la firma: 13/09/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89