DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-507	PS/PL/110661

PRODUCTO
Kit Strongyloides ratti IgG ELISA, referencia 9450.
UDI-DI: 07640158219454.

FINALIDAD PREVISTA
Para la detección cuantitativa de anticuerpos IgG contra los nematodos Strongyloides en suero humano.

Nº LOTE
2419S.

FABRICANTE
Bordier Affinity Products SA, Suiza.

DISTRIBUIDOR
Bordier Affinity Products SA, Suiza.

ASUNTO
Advertencias de seguridad y reemplazo de los sueros de control del kit Strongyloides ratti IgG ELISA debido a la posibilidad de que se obtengan resultados falsamente positivos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: RRY2JXMQTVDYHAJNV3C9**
Fecha de la firma: 16/09/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89