ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-504	PS/MAM/110564
PRODUCTO Software Synapse PACS	
VERSION SOFTWARE 7.1.x, 7.2.x y 7.3.0x	
FABRICANTE FUJIFILM Healthcare Americas Corporation (HCUS). EEUU.	
DISTRIBUIDOR FUJIFILM Healthcare España. Calle Anabel Segura 16, Edif. 3 Planta 4. 28108, Alcobendas, Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con el software Synapse PACS, debido a que, en determinadas circunstancias, la medición de imagen en 2D de captura secundaria, podría dar lugar a mediciones incorrectas.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.