MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-509	PS/NA/110539

PRODUCTO
Sistemas de resonancia magnética Evolution Upgrade, Ingenia, MR, Smart Path a dStream y SmartPath a Ingenia Elition.
Ver modelos y referencias afectadas en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Philips Medical Systems Nederland B.V., Holanda.

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica SAU. María de Portugal 1, 28050 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionada con el soporte para pacientes de determinados equipos de resonancia magnética Evolution Upgrade, Ingenia, MR, Smart Path a dStream y SmartPath a Ingenia Elition, debido a que los tornillos del conjunto del operador integrado de radiofrecuencia podrían aflojarse y sobresalir de la superficie, interfiriendo con otras piezas móviles y bloqueando el movimiento horizontal del tablero.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: EG9R3NPNLBHBM9L5D623**
Fecha de la firma: 17/09/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89