DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-521	PS/MJF/110336

PRODUCTO

Sistemas de adquisición de imagen por Rayos X:

- Azurion y Allura Xper con monitores montados en suspensión en techo
- Integris
- MultiDiagnost Eleva

Ver n^{os} de referencia afectados en el apéndice A de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

Philips Medical Systems Nederland BV, Países Bajos.

DISTRIBUIDOR

Philips Ibérica SAU., Calle María de Portugal, 1. 28050 Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas Azurion y Allura Xper con monitores montados en suspensión en techo, Integris y MultiDiagnost Eleva, debido a que los soportes que sujetan la cubierta de los cables a la suspensión de los monitores en el techo podrían aflojarse o romperse y provocar la caída de piezas.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: YFNEDGRFT6K8ADGZC649**
Fecha de la firma: 26/09/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89