ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-525	PS/TS/111133

PRODUCTO
Kit de recargador inalámbrico, modelos RS6230 y RS7230.

FINALIDAD PREVISTAS

- Modelo RS6230: recarga de batería del neuroestimulador implantable Percept™ RC, modelo B35300, como parte del sistema de estimulación cerebral profunda (DBS).
- Modelo RS7230: recarga de batería del neuroestimulador implantable Inceptiv™, modelo 977119, como parte del sistema de estimulación medular (SCS).

Nos SERIE
Ver nos de serie afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
Medtronic Inc., EE.UU.

DISTRIBUIDOR
Medtronic Ibérica SA Calle Maria de Portugal, 11 28050 Madrid.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados números de serie de los recargadores inalámbricos, modelos RS6230 y RS7230, debido a que podría fallar la comunicación con el neuroestimulador y no establecerse la sesión de recarga.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.