ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-528	PS/AVG/110505

PRODUCTO
Ambu VivaSight 2 DLT.
Ver modelos y referencias afectados en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Tubo endobronquial.

Nº LOTE
Ver nºs de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Ambu A/S, Dinamarca.

DISTRIBUIDOR
Firma Ambu S.L. Calle de Santa Leonor, 65, San Blas-Canillejas, 28037 Madrid.

ASUNTO
Cese de utilización de determinados tubos endobronquiales Ambu VivaSight 2 DLT debido a un problema de hiperangulación del extremo distal del tubo de doble luz.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.