DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-529	PS/CMAG/110977

PRODUCTO
SONIALVISION G4/FLUOROspeed

FINALIDAD PREVISTA
Sistema de radiofluoroscopia para la obtención de imágenes médicas digitales para el diagnóstico clínico.

Nº SERIE
MP0000DC6001, MP0002AD4001.

FABRICANTE
SHIMADZU Corporation, Japón.

DISTRIBUIDOR
Sakura Productos. Calle Fuentelviejo 55. Polígono Industrial Fin de Semana. 28022 Coslada (Madrid).

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados números de serie del sistema SONIALVISION G4, debido a la posibilidad de que no se muestren las imágenes al cambiar del modo de fluoroscopia al modo de radiografía.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 6AZX3S52K2YRGLD6X99E**
Fecha de la firma: 02/10/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89