MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-533	PS/AVG/111134

PRODUCTO
Tornillo DARCO de 7,0 mm para pie y tobillo, 16x60. Referencia: DCS01660.

FINALIDAD PREVISTA
Para la fijación de fracturas óseas o para la reconstrucción ósea.

Nº LOTE
1733433.

FABRICANTE
Wright Medical Technology Inc, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Stryker Iberia S.L. Calle Sepúlveda 17, 28108, Alcobendas, Madrid.

ASUNTO
Retirada del mercado del lote 1733433 de los tornillos DARCO de 7,0 mm para pie y tobillo debido a que se fabricaron sin la función hexagonal necesaria para acoplarse con el destornillador asociado.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: LWHB8J66YR96LWJNZ01E**
Fecha de la firma: 04/10/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89