MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-536	PS/VBR/111284

PRODUCTO
Adaptador de CA de la bomba de infusión ambulatoria CADD-Solis.
Modelo 21-0270-25.

FINALIDAD PREVISTA
Alternativa a la energía de la batería y para recargar la batería recargable opcional CADD-Solis.

FABRICANTE
ICU Medical Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR
Smiths Medical España, SRL. Avenida Diagonal 635, 08028, Barcelona.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con el modelo 21-0270-25 del adaptador de CA de la bomba de infusión ambulatoria CADD-Solis, debido a la posibilidad de tener daños o roturas en el enchufe de entrada.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 6MHYBRWEGP2JK6CAV195**
Fecha de la firma: 08/10/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89