ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-537	PS/AVG/111300

PRODUCTO
Baterías recargables de iones de litio CADD-Solis (para bomba infusión ambulatoria CADD-Solis).
Número de lista: 21-2160-XX.

FABRICANTE
ICU Medical Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR
Smiths Medical España, SRL. Avenida Diagonal 635, 08028, Barcelona.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con las bombas de infusión ambulatoria CADD-Solis, debido a que las baterías recargables de iones de litio CADD-Solis podrían dañarse por un cortocircuito en un capacitor de la batería.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.