ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-542	PS/AVG/110934

PRODUCTO
Mesa de operaciones MEERA.
Ver referencias y números de serie afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
MAQUET GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR
Getinge Group Spain S.L.U. Calle Marie Curie, 5, Edificio Alfa, Pl 6, Ofic. 6,1-6,2 28521, Rivas Vaciamadrid, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas mesas MEERA debido a la posibilidad de que la mesa detenga su movimiento por el código de error 50037 cuando se controla con el mando inalámbrico.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.