ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-545	PS/VBR/109437

PRODUCTO
Sistema Proteus XR/a (GTIN: 00840682120777).

FINALIDAD PREVISTA
Generación de imágenes radiográficas de la anatomía humana en todos los procedimientos de diagnóstico de uso general.

FABRICANTE
GE Hualun Medical Systems Co. Ltd, China.

DISTRIBUIDOR
General Electric Healthcare España S.A. Calle Gobelas 35- 37, 28023, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con los sistemas Proteus XR/a, debido a la ausencia del manual de desinstalación que describa los pasos para la desinstalación segura del equipo.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.